放射性物質　自主検査結果

2018年　5月15日更新

No.	検査日	分類	検体名	産地情報	検査結果(単位:Bq/kg)		
					ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137	ｾｼｳﾑ合計
1	5月15日	鮮魚	銀鮭ﾌｨﾚ	宮城県	検出せず	検出せず	検出せず

※検査結果の「検出せず」は、測定下限値未満のことを示します

① 検査方法　　NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーターによる食品中の放射性物質検査(検査容器:マリネリ容器使用)

② 測定下限値　　25Bq(ベクレル)/Kg未満

③ 検査結果について

・トヨタ生協の自主検査は、行政・お取引先の検査を補完するものです

・検査結果は組合員様が商品をご利用いただくための参考情報として提供いたします

・検査はサンプルを実施するもので、検査結果は検査した検体についての結果であり
あくまでもその食品についての参考情報の一つです
全ての食品に対する結果を意味するものではありません

・検査結果の更新は、毎日午後1時(月曜日~金曜日)を予定しております

④ 参考:国が定める食品中の「放射性セシウムの基準値」

食品群	基準値(Bq/kg)
一般食品	100
乳児用食品	50
牛乳	50
飲料水	10